

Полска проверка на уреди и пособия

	Проверка	Честота	Допустимо отклонение:
Проверка на нивелири	1. Общо състояние на нивелира	ежедневно	-
	2. Кръгла либела	ежедневно	-
	3. Стойност на колимачната грешка:		макс. ст-ст: 10" (0.05 mm/m); ежедневно измен.: 5" (0.02 mm/m)
	3.1 за нивелири с едно положение на компенсатора	ежедневно	
	3.2 за нивелири с две положения на компенсатора	ежеседмично	
	4. Работа на компенсатора	ежеседмично	-
Проверка на лати	5. Общо състояние на латите	ежедневно	-
	6. Кръглата либела:		
	6.1 проверка с инструмент	ежедневно	-
	6.2 прецизна проверка	ежеседмично	-
	7. Проверка на перпендикулярността на петата на латата към оста на латата	еднократно (на терен)	0.1 mm
	8. Общо състояние на триногата на инструмента	ежедневно	-
	9. Общо състояние на стойките за лати	ежедневно	-
	10. Общо състояние и почистване на подложките	ежедневно	-

Нивелирът и латите се проверяват и изследват на терен:

- според предписанията, дадени от производителя в ръководството за работа на съответния инструмент, или
- по известните процедури, описани в учебниците, ръководствата и инструкциите за работа с нивелири и лати.